

## Double lumen Quick guide

### Dressing



เตรียม set dressing ถู่มือ sterile  
และน้ำยา 2% chlorhexidine in 70% alcohol

กรณีแผลมีเลือดซึมปิดด้วยก๊อช และ  
ทำแผลทุก 2 วัน หรือเมื่อเปื้อน

กรณีแผลไม่มีเลือดซึมปิดด้วย transparent (with CHG)  
แบบใสขนาด 10x12 ซม. และทำแผลทุก 7 วัน หรือเมื่อ  
เปื้อน

24 ชม. แรกปิดแผล  
ด้วยก๊อช sterile  
ปิดทับด้วย Fixomull  
Stretch®

### หุ้มปลายสายด้วยก๊อช



กรณีแผลไม่มีเลือดซึมและมีข้อบ่งชี้อย่างน้อย 1 ใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปิด  
ด้วย Transparent with CHG และเปลี่ยนแผลทุก 7 วัน หรือเมื่อเปื้อน

1. ใส่สายสวนฯ ยาก : แทน > 1 ครั้ง มีการ break sterile
2. มีประวัติ MDR\*/ Infection/ neutropenia/ post chemotherapy
3. ใส่สายสวนฯ บริเวณขาหนีบ
4. ใส่สายสวนฯ นาน > 7 วัน

ไม่ใช่สายนานเกิน 7 วัน รายงาน  
แพทย์พิจารณาถอดสายเป็นทางหนึ่ง  
ของการลด CLABSI

\*MDR : Multidrug resistant organism

# Flushing / Locking



VAD cairn-hi TEAM

ใช้หลัก sterile technique ทุกครั้งที่เปิดใช้สาย

สงขลานครินทร์

## หลังใส่สายสำเร็จ

- Flushing with NSS 10 ml/lumen
- locking with Heparin (1,000unit/ml) ตาม priming volume

## การใช้งานครั้งถัดมา\*\*

- Flushing with NSS 10 ml/lumen
- locking with Heparin (5,000unit/ml) 1 ml+ NSS up to priming volume

### Priming volume

ชนิดของสาย	ความยาวสาย (ซม.)	สาย A (ซีซี)	สาย V (ซีซี)
Double lumen	13.5	1.1	1.2
	16.0	1.2	1.3
	19.5	1.3	1.4
	24.0	1.4	1.5
Perm catheter	19/36	1.6	1.7
	23/40	1.9	1.9
	33/50	2.3	2.3

ดูดเลือด 5 ซีซีจากสายส่งเพาะเชื้อ ไม่ต้อง ดูด heparin ทิ้ง\*

\*หลังดูดเลือดให้กลับไป flush สายตาม\*\*

\*ดูดเลือดจาก 2 สายเพื่อเพาะเชื้อ โดยดูดใส่

ขวด hemoculture แยกขวด

เสนอความคิดเห็นได้ที่

<https://bit.ly/2POgXsX>

