

สรุปประเด็นการนิเทศทางการพยาบาล เดือนพฤศจิกายน 2557

วันที่ 4 - 12 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ความเพียงพอของอุปกรณ์การแพทย์

- หอผู้ป่วยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่อง Infusion pump ไม่พอใช้
- มีหอผู้ป่วย 2-3 หอผู้ป่วย มีปัญหาเรื่อง monitor O₂ sat ไม่พอใช้

หลังจากศูนย์อุปกรณ์ฯ ได้รับเครื่อง Infusion pump ~ 400 เครื่อง เดือนพฤษภาคม 2558 หลังจากนั้นไม่มีปัญหา เครื่อง ไม่พอใช้อีกเลย

วันที่ 13 - 18 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง ความพร้อมใช้ของ Respirator

- การส่งคืน respirator เมื่อ off จากผู้ป่วย ส่วนใหญ่หอผู้ป่วยจะเก็บไว้ 1 เวน ถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นก็จะนำไปคืน ถ้าผู้ป่วยอาการยังไม่ stable จะ standby ไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็จะคืนเครื่อง

ทุกหอผู้ป่วยจะลงบันทึกการใช้งานใน computer ลงบันทึกโดย Team Lead หรือ Team Member แต่บางครั้งก็ไม่ได้ลงบันทึกทันที เนื่องจากภาระงานยุ่ง จะมาลงบันทึกย้อนหลัง และหอผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้เวรดิคตรวจ check การลงบันทึกการใช้งานในระบบ computer ทุกครั้ง

วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การใช้ Infusion pump และปัญหาอุปสรรคในการบันทึก

- ทุกหอผู้ป่วยจะมีการบันทึกใน computer ซึ่งบางครั้งไม่ได้ลงบันทึกการใช้งานในทันที ทางศูนย์อุปกรณ์ฯ เห็นว่ามีสถานะว่างก็จะโทรถามและให้ลงบันทึกการใช้งาน

วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การใช้เครื่อง pulse oximeter และปัญหาอุปสรรคในการบันทึก

- ส่วนใหญ่จะมีเครื่องใช้งานประจำเกือบทุกหอผู้ป่วย มีส่วนน้อยที่ยังไม่พอใช้บ้าง แต่ไม่ถึงกับเป็นปัญหามาก
- ส่วนใหญ่มีการใช้งานเหมาะสม และมีการบันทึกการใช้งานในแต่ละ case ตามแพทย์สั่ง โดยมีการคิดค่าหัตถการแบบ one day และ continue ในแต่ละวัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2557 เรื่อง การทำ PM เครื่อง suction และเครื่องวัด BP

- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รับทราบว่าจะต้องมีการ PM เครื่องมือแพทย์ทุก 6 เดือน หน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งทำ PM เป็นกลุ่มดูแลเครื่องมือแพทย์ประจำหอผู้ป่วยและเสมียนหอผู้ป่วย
- เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ส่ง PM ตามเวลาที่กำหนด คือ เครื่องวัดความดันโลหิต เนื่องจากปัญหา ไม่มีเครื่องใช้ทดแทน

พิกุลรัตน์ วงศ์พานิชย์